



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

ATA DA 2ª SESSÃO DE ANÁLISE DE AMOSTRAS

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-
HOSPITALARES E AMBULATORIAIS PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE
“MANOEL MORALES”**

Aos 03 (três) dias do mês de novembro do ano de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 13h00 (treze horas), a Comissão Municipal de Avaliação dos Itens do Pregão Presencial n.º 011/2022, instituída pela Portaria n.º 164/2022, representada por todos os seus membros infra-assinados, se reuniu em uma das salas da Unidade Básica de Saúde “Manoel Morales” para análise das amostras apresentadas pelas licitantes melhor classificadas. Foram convocados os proponentes 1º classificados dos itens **10, 11, 12, 15, 16, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 103, 104, 105, 106, 107, 137, 194, 203, 241, 263, 264, 265 e 266**, conforme exigido no Edital, por publicação do COMUNICADOS publicados nas Edições 333 e 339 do Diário Oficial Eletrônico do Município. Constatou-se que foram apresentadas, dentro do prazo estabelecido, as seguintes amostras: **11, 12, 15, 16, 46, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 137, 203, 263, 264, 265 e 266**. A Comissão realizou análises de todas as amostras apresentadas, observando características técnicas, adequação ao manuseio e utilização, embalagens, materiais e adequação ao descritivo do Termo de Referência. Após as análises, a Comissão chegou ao seguinte resultado:

ITEM	RESULTADO	MOTIVO
11	RECUSADO	Amostra apresentou ponta romba que machuca o tecido.
12	RECUSADO	Amostra apresentou ponta romba que machuca o tecido.
15	RECUSADO	Amostra apresentou ponta romba que machuca o tecido.
16	RECUSADO	Amostra apresentou ponta romba que machuca o tecido.
46	ACEITA	Amostra adequada ao descritivo do Termo de Referência, às características técnicas necessárias para a adequada utilização e manuseio e à identificação e não violabilidade da embalagem.
52	RECUSADO	Dispositivo inadequado, ineficiente e de difícil manuseio
53	RECUSADO	Dispositivo inadequado, ineficiente e de difícil manuseio
54	RECUSADO	Dispositivo inadequado, ineficiente e de difícil manuseio
55	RECUSADO	Dispositivo inadequado, ineficiente e de difícil manuseio
56	RECUSADO	Dispositivo inadequado, ineficiente e de difícil manuseio
57	RECUSADO	Dispositivo inadequado, ineficiente e de difícil manuseio
137	ACEITA	Amostra adequada ao descritivo do Termo de Referência, às características técnicas necessárias para a adequada utilização e manuseio e à identificação e não violabilidade da embalagem.
203	RECUSADO	Dispositivo com leitura de pulso e de saturação ineficaz.
263	ACEITA	Amostra adequada ao descritivo do Termo de Referência, às características técnicas necessárias



Prefeitura Municipal de Trabiju

ESTADO DE SÃO PAULO

		para a adequada utilização e manuseio e à identificação e não violabilidade da embalagem.
264	ACEITA	Amostra adequada ao descritivo do Termo de Referência, às características técnicas necessárias para a adequada utilização e manuseio e à identificação e não violabilidade da embalagem.
265	ACEITA	Amostra adequada ao descritivo do Termo de Referência, às características técnicas necessárias para a adequada utilização e manuseio e à identificação e não violabilidade da embalagem.
266	ACEITA	Amostra adequada ao descritivo do Termo de Referência, às características técnicas necessárias para a adequada utilização e manuseio e à identificação e não violabilidade da embalagem.

Face ao exposto, a Comissão solicita à Senhora Pregoeira o encerramento da fase de análise das amostras e que sejam fracassados os itens cujas amostras não foram aceitas ou não foram apresentadas. A sessão foi suspensa pelo prazo necessário à lavratura desta Ata, digitada em 02 (duas) laudas. Reaberta a sessão, procedeu-se a leitura da mesma, que foi achada conforme. Nada mais havendo digno de nota, nem a tratar, encerrou-se a sessão, indo esta devidamente assinada pela Comissão.

EVA CASSEMIRA DE OLIVEIRA

TATIANA ANDREZA GRANDELLI
FERRO

RAQUEL CLETO

RITA DE CÁSSIA AP. REDONDO

VAGNER MARCELO ARRAES
TORRES